


峰检测报告

打印日期和时间: 2023/03/13 14:54:03

文件名: File_230313_145303 - CorrectionData



创建日期和时间: 2023/03/13 14:53:23

分析者:

样品名称:

样品ID:

Option:

注释:

[测定]

光谱类型: 激发光谱

激发光波长 开始: 500.0 nm

激发光波长 结束: 700.0 nm

发射光波长: 575.0 nm

数据间隔: 2.0 nm

扫描速度: 6000 nm/min

[峰检测表]

阈值: 1000.000

点数: 4

No.	P/V	Wavelengt	荧光强度	描述
1	↑	546.0	539513.5	

[仪器]

激发光带宽: 5.0 nm

发射光带宽: 5.0 nm

灵敏度: Auto

[附件]

附件: 无

[自动打印]

自动打印: 不执行

报告文件: